

<b>Data aktualizacji:</b> 08.06.2015 r. g. 08.40	<b>Znak sprawy:</b> ZOZ/ZP/PN/DOS/15/6/2015	<u>Art. 38 Ustawa PZP</u>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 80565-2015 z dnia 02.06.2015 r. <b>zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych sprzętu medycznego. Odpowiedzi na wniesione zapytania</b>		

**Pakiet 5, Poz.8, 9:**

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnego czujnika. **Odpowiedź:** Brak danych

**Pakiet 13, Poz.1, 4, 7, 10, 13, 16:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli rozwiązanie kompletne czy rozłączne. Prosimy o podanie oczekiwanej ilości odprowadzeń. **Odpowiedź:** Kompletne. Ilość odprowadzeń 5

**Pakiet 13, Poz.2, 5, 8, 11, 14, 17:**

Czy Zamawiający ma na myśli połączenie bezpośrednie? **Odpowiedź:** TAK

**Pakiet 13, Poz.3, 6, 9, 12, 15, 18:**

Czy Zamawiający ma na myśli mankiet dla dorosłych? **Odpowiedź:** TAK; Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 25-35 lub 27-35 cm? **Odpowiedź:** Dopuszczamy; Czy Zamawiający ma na myśli mankiet w komplecie z przewodem NIBP do monitora? **Odpowiedź:** TAK

**Pakiet 15, Poz.1:**

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnego czujnika. **Odpowiedź:** Brak danych