

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 46036-2016 z dnia 02.03.2016 r. *zakup i dostawa materiałów do sterylizacji. Odpowiedzi na wniesione zapytania*

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo foliowe typu Tyvek o gramaturze 74,6g/m². **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 2

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczać wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działania czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zaferowanie testu kl. IV do kontroli sterylizacji plazmowej o punktowym ułożeniu wskaźnika, zmieniającym zabarwienie po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10b

Czy w pakiecie 1, poz. 10b Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierów – foliowy o pramateriach zgodnych z SIWZ w rozmiarze 20 x 200 m ? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 12

Jaki rozmiar rękawa papierowo – foliowego ma na myśli Zamawiający ? **Odpowiedź:** 10cm x 200m

Pakiet 2, poz. 2

Czy w pakiecie nr 2, poz. 2 Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 250 szt. testów ? **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje 200szt. Testów, tj. 4 op. po 50 szt. W przypadku różnej ilości w opakowaniu prosimy odpowiednio przeliczyć. Patrz. Rozdział V pkt. 8-9 SIWZ

Uwaga: Rozdział VI pkt. 9 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.