

Data aktualizacji: 17.05.2016 r. g. 13.30	Numer postępowania: ZP/PN/07/5/2016	Art. 38 Ustawa PZP
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 120438-2016 z dnia 13.05.2016 r. <i>zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Odpowiedzi na wniesione zapytania</i>		

Pakiet 1, poz. 1

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? **Odpowiedź:** Wymagamy

Pakiet 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z końcówka Nelaton? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści standardowy cewnik Tiemanna? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8

Czy Zamawiający oczekuje, aby zamawiane łyżki laryngoskopowe były metalowe? **Odpowiedź:** Wymagamy metalowe

Pakiet 8

Czy zamawiający wymaga, aby oferowane rękojeści oraz z łyżki laryngoskopowe były w tzw. „zielonym standardzie”? **Odpowiedź:** Wymagamy

Pakiet 10

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego laryngoskop jednorazowego użytku z łyżkami Macintosh nr 3 i 4, pakowane pojedynczo, które są „czyste produkcyjnie”? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4, poz. 8

Czy zamawiający w pozycji nr 8 wymaga filtra o wysokiej skuteczności filtrowania HEPA z portem CO2, objętość oddechowa 200-1500ml, martwa przestrzeń 71ml, waga 40 gr, skuteczność filtrowania 99,9999%? **Odpowiedź:** Wymagamy. Uwaga utworzono Nowy Pakiet (17.05.2016 r.) – Odpowiedź dotyczy Pakietu 11, poz. 5

Pakiet 4, poz. 4-10

Czy zamawiający wydzieli pozycje 4-10 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty? **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę

Pakiet 4, poz.4-7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, maski krtaniowe, prod. Ambu ? Sterylne maski krtaniowe jednorazowego użytku z mankietem miękkim, delikatnym z zabezpieczeniem przed podwijaniem się podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka. Rurka maski i mankiet uformowana jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa. Znaczniki głębokości do kontroli prawidłowego usytuowania maski; oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, umożliwiającym precyzyjne określenie stopnia wypełnienia metodą dotykową, wykonane z medycznego pvc, opakowania pojedyncze z zamieszczoną instrukcją użycia, kodowane kolorystycznie, produkt pozbawiony lateksu **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Uwaga utworzono Nowy Pakiet (17.05.2016 r.) – Odpowiedź dotyczy Pakietu 11, poz. 1-4

Pakiet 4, poz.8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, filtra oddechowego, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa 30g, przestrzeń martwa 53 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci, nawilżanie przy VT=500ml – min. 32mg/l H2O **Odpowiedź:** Dopuszczamy. Uwaga utworzono Nowy Pakiet (17.05.2016 r.) – Odpowiedź dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylny żel w bezlateksowej ampułkostrzykawce ze skalą o pojemności 6ml sterylizowany radiacyjnie o składzie: Lidocaine HCL 2,000 g; Chlorhexidine Gluconate Sol. 0,05 g; Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g; Propyl Hydroxybenzoat 0,10 g; Hydroxyethyl Cellulose; Propylene Glycol; Purified Water. Pełen skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Uwaga: Rozdział VI pkt. 9 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.