

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 132708-2016 z dnia 24.05.2016 r. *zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych*. **Odpowiedzi na wniesione zapytania**

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 1 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu 0,5% ? Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy, N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetylo)propionianu amonowego oraz tenzydów. Bez zawartości aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych oraz substancji uwalniających aktywny tlen. Preparat posiada doskonałe właściwości myjące, nie utrwała zanieczyszczeń oraz posiada wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną badaniami. Możliwość pozostawienia narzędzi w zanurzeniu w roztworze na okres 72 godzin, potwierdzona deklaracją producenta. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 1L, 5L. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 7

W związku ze zmianą rejestracji produktu, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Octenisan nasal gel w opakowaniach a 6ml, zarejestrowanego jako wyrób medyczny. **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu obecnie stosowanego w Państwa Placówce, cieszącego się pozytywną opinią, o dużo lepszych właściwościach bójczych, działającego w niższym stężeniu – Desam efekt w opakowaniach a 1L oraz 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu obecnie stosowanego w Państwa Placówce, cieszącego się pozytywną opinią, o dużo lepszych właściwościach bójczych, łącznie z wirusem Polio do 30 sekund – Desprej w opakowaniach a 1L oraz 5kg? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Uwaga: Rozdział VI pkt. 9 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.