

Data aktualizacji: 27.03.2017 r. g. 09.40	Numer postępowania: ZP/PN/07/3/2017	<u>Art. 38 Ustawa PZP</u>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 48952-2017 z dnia 22.03.2017 r. <i>Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji.</i> Odpowiedzi na wniesione zapytania		

SIWZ. Projekt Umowy

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Par. 7 ust. 1 ppkt. b) projektu umowy słów: „nie więcej jednak niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy lub jej części” ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Data aktualizacji: 29.03.2017 r. g. 11.00	Numer postępowania: ZP/PN/07/3/2017	<u>Art. 38 Ustawa PZP</u>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 48952-2017 z dnia 22.03.2017 r. <i>Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji.</i> Odpowiedzi na wniesione zapytania		

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu? **Odpowiedź:** TAK

Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu. **Odpowiedź:** Wymagamy

Pakiet nr 1, poz. 10, pkt. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw w rozmiarze 20x200m? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet nr 1, poz. 11, pkt. d, e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe w rozmiarze 220x330mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, poz. 12

Prosimy o określenie rozmiaru rękawa, jaki ma na myśli Zamawiający, gdyż opis w formularzu jest niepełny? **Odpowiedź:** 10 cm x 200 m

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby test sprawdzający skuteczność mycia w myjniach ultradźwiękowych był zgodny z ISO15883, a substancja wskaźnikowa miała kształt kwadratu w kolorze niebieskim ? **Odpowiedź:** Wymagamy

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? **Odpowiedź:** Wymagamy

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na test kontroli dezynfekcji termicznej pakowany po 100 szt. w opakowaniu jednostkowym? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki chemiczne umieszczone na rękawach papierowo – foliowych typu TYVEK oraz na teście biologicznym oraz do sterylizacji plazmowej przebarwiały się w identyczny sposób, jak na teście chemicznym do sterylizacji plazmowej, tzn. z koloru różowego na kolor niebieski? Jednolita barwa na wszystkich materiałach eksploatacyjnych do sterylizacji plazmą pozwoli na łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób identyfikacji wyników. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo foliowe typu Tyvek o gramaturze 74,6g/m² ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kl. IV do kontroli sterylizacji plazmowej o punktowym położeniu wskaźnika, zmieniającym zabarwienie po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony ? **Odpowiedź:**
Zgodnie z SIWZ

Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.