

Pakiet 1: Opakowania, sterylizacja - parowa i suche gorące powietrze									
L.P.	NAZWA LEKU, DAWKA, POSTAĆ	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Taśma samoprzylepna z indykatorem parowym długości 55m x 19mm	rolka	25						
2	Testy paskowe klasa IV do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Opakowanie 250 szt.	op.	5						
3	Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji parą wodną; populacja 10 ⁶ ; wstępny odczyt po 3 godz. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampulce. Etykieta łatwo odklejalna, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej; kompatybilne z inkubatorem SMART WELL	szt.	700						
4	Walek z tuszem do metkownicy typu Famos-rolka podwójna NOWE	szt.	3						
5	Walek z tuszem do metkownicy typu Sterintech-rolka pojedyncza NOWE	szt.	3						
6	Etykiety podwójnie klejone ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. 750 etykiet na rolce. Kompatybilne z metkownicą dwurzędową typu Famos.	rolka	50						
7	Test Bowie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy dwa przyrządy PCD.	szt.	500						
8	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typu Seal Check o wymiarze 180mm w postaci arkusza bez folii. Opakowanie = 250szt.	op.	1						
9	Zintegrowany test chemiczny kl. 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalną substancją wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Testy kompatybilne z przyrządem PCD.	op.	55						
10	Rękaw papierowo foliowy płaski o gramaturze papieru 70g/m ² ; folia 6-warstwowa; zgrzew fabryczny 3-kanalowy; wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią; informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim; na linii zgrzewu fabrycznego umieszczony piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku; każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności	rolka 7,5x200m	5						
		rolka 15x200m	20						
		rolka 21x 200m	15						
		rolka 25x200m	7						

	produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizację opakowania medycznego; oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5; znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim	rolka 30x200m	5						
		rolka 35x200m	2						
		rolka 40x200m	2						
11	Torebki papierowo- foliowe o gramaturze papieru 70g/m ² ; folia 6-warstwowa; zgrzew fabryczny 3-kanalowy; wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią; informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim; na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii umieszczony piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku; oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5; znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim	90x135 mm	120						
		90x230 mm	2						
		140x280 mm	2						
		190x360mm	2						
		200x360mm	2						
		250x400mm	2						
12	Rękaw foliowo-papierowy o gramaturze 70g/m ² . Kierunek otwierania oznaczony na zgrzewie tylko od strony folii, oznaczenie o zmianie przebarwienia wskaźników w języku polskim. Wskaźnik w kształcie jednolitego prostokąta bez prążków. Rolka długość 200metr	rolka	10						
13	Papier krepowany do sterylizacji, biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 180 dni potwierdzonym certyfikatem. Naprzemiennie pakowany.	arkusz 100x100 cm	500						
14	Papier krepowany do sterylizacji, biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 180 dni potwierdzonym certyfikatem. Naprzemiennie pakowany.	arkusz 120x120cm	300						
WARTOŚĆ OGÓLEM									

Pakiet 2: System monitorowania mycia i dezynfekcji									
L.P.	NAZWA LEKU, DAWKA, POSTAĆ	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodne z ISO15883.Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego, w postaci koła, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji.	op.	2						
2	Jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych. Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce. Opakowanie = 50szt.	op.	3						
3	Test kontroli dezynfekcji termicznej- 90st/5min-samoklejący. Opakowanie 50 szt	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓLEM									

Pakiet 3: Opakowania sterylizacyjne-plazma									
L.P.	NAZWA LEKU, DAWKA, POSTAĆ	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rękawy papierowo-foliowe typu Tyvek do sterylizacji plazmowej, gramatura 64,4g/m2. Odpowiada normom PN EN 868 cz.3 i cz.5, BS 6871-1987 oraz DIN 58.953 cz. 4. Wskaźniki umieszczone poza obszarem wypełnienia.	rolka 15 x70m	3						
		rolka 20 x 70m	3						
		rolka 40x70 m	2						
2	Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji plazmowej kl. IV ,Ze wskaźnikiem rozłożonym na całej długości testu zmieniającym barwę po procesie sterylizacji z różowego na niebieski	op.	5						
3	Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. Inkubacja 24h. Opakowanie 100szt.	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓLEM									

Pakiet 4: Kasety do sterylizacji plazmowej									
L.P.	NAZWA LEKU, DAWKA, POSTAĆ	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Kaseta Sterrad 100NX do sterylizatora plazmowego. Opakowanie 2 szt.	op.	18						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

Pakiet 5: Plomby									
L.P.	NAZWA LEKU, DAWKA, POSTAĆ	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plomby do kontenera, kolor czerwony z wytłaczanym numerem o wymiarach 3x4 cm, op. 100 szt	op.	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									