

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Data aktualizacji: 20.06.2017 r. g. 10.30 | Numer postępowania: ZP/PN/09/6/2017 | Art. 38 Ustawa PZP |
|--|--|---------------------------|

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 530888-N-2017 z dnia 12.06.2017 r. *Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych. Odpowiedzi na wniesione zapytania*

Pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji ? **Odpowiedź:** Nie wymagamy na etapie składania ofert (Rozdział XVIII, pkt. 3 SIWZ)

Pakiet 2, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie: **Odpowiedź:** Dopuszczamy

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|-------|
| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L3 | 200x180 | PROST. | 20x10 |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 | | |
| pokrowiec na nogę | 2 | L3 | 120x75 | | |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 | | |

Pakiet 3, poz. 18-21

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 17-18

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, poz. 3-4

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? **Odpowiedź:** Wymagamy załączenia do oferty świadectwa jakości PZH

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5 x 7,5cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x 10cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 10-13, 20-21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 210x160cm pakowany a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze zielonym? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 810ml? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

Pakiet 3, pozycja 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12sztuk w kartonik? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 9-11, 14

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z warstwą papieru odklejaną wzdłuż dłuższego brzegu? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

Pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek prostym rozcięciem oraz „kwadratami 0,5 x 0,5cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

Pakiet 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm lub 6x8cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 4m, impregnowaną lateksem o rozciągliwości 100%? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej białą parafiną ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na przewody w rozmiarze 16x250cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby osłona na przewody posiadała pierścień ułatwiający zakładanie? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści poszwę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², o długości 60cm i obwodzie 160cm, dostępna tylko w kolorze granatowym, pakowana a'10sztuk, zbiorczo 100sztuk? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu spunlance? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjentów z rękawem wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową w rozmiarze 116x76cm bez możliwości przytwierdzenia do podłogi o chłonności 1l? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 160x210cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, pozycja 17-18

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a'28sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7x7,1cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 20cm pakowane a ' 10 szt. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 3, pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 6mm x 101mm pakowanych (2 x 5 szt.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 3, pozycja 17 - czy Zamawiający miał na myśli opaskę 10cm x 20m. **Odpowiedź:** TAK 10 cm x 20 metr

Pakiet 8, pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej włókniny (warstwa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 8, pozycja 15 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego o poniższym składzie: **Odpowiedź:** Dopuszczamy

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.