

**ZADANIE 6: Mobilna lampa bezcieniowa**

Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.)	VAT (%)	Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3)	Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4)	<b>Ilość: 1 szt.</b>
1	2	3	4	5	
<b>WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE</b>				<b>TAK / OPISAĆ *</b>	
Producent:					
Kraj pochodzenia:					
Model / Typ:					
Rok produkcji (min 2018 fabrycznie nowy nie powystawowy):					
Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE					
Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer):					
<b>Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)</b>					
<b>Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim:</b>					
<b>Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenę aparatu:</b>					
Okres gwarancji (min 24 mc):					
<b>Termin realizacji zamówienia (wymagane do 7 dni)</b>					



<b>Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego</b>	
W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi:	
<b>W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi):</b>	
Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:	
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach):	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)	
Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach):	
Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):	
Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach):	
Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:	
Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2017 poz. 211; (wymienić):	
Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej):	

Lp.	Parametry graniczne	Wymagane	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
1.	2.	3.	4.
1	Lampa zabiegowa bezcieniowa ze źródłem światła LED , mobilna .	TAK	
2	Diody LED w kolorze białym.	TAK	
3	Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy.	TAK	
4	Lampa nie powodująca zakłóceń w przepływie laminarnym.	TAK	
5	Średnica kopuły 22 cm	TAK	
6	Wysokość podstawy pionowej lampy min.175 cm, długość ramienia poziomego min.72 cm	TAK	
7	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) przy (20%) 143 cm, przy (60%) 125 cm	TAK	
8	Natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy 77 [klux].	TAK	
9	Lampa wyposażona w 15 źródeł światła LED.	TAK	
10	Żywotność żarówki 50000 godzin.	TAK	
11	Regulacja natężenia światła w zakresie 0% -100%	TAK	
12	Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy sensorowego panelu umieszczonego na czaszy.	TAK	

13	Temperatura barwowa dla lampy 4500 [K].	TAK	
14	Współczynnik oddawania barw CRI 95.	TAK	
15	Średnica plamy świetlnej pola operacyjnego regulowana w zakresie : 22 cm– 31 cm	TAK	
16	Zużycie prądu, max. 24W	TAK	
17	Max. waga czaszy 2,1 kg	TAK	
18	Lampa wyposażona w uchwyt sterylny z bez relingu brudnego.	TAK	

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe ( $\geq$  lub  $>$  lub  $\leq$  lub  $<$ ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.