

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 663155-N-2018 z dnia 19.12.2018 r. z późn. zm., pn. *zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Odpowiedzi na wniesione zapytania*

**Pakiet 7, poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania typu serres. Nasz wkład workowy o pojemności 2000ml wykonany jest z poliolefiny [dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiada funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króciec - do pacjenta (co całkowicie eliminuje możliwość niewłaściwego połączenia, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady są kompatybilne z pojemnikami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości. Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona jest na każdym wkładzie (ważność 5 lat od daty produkcji). Kanister wielorazowego użytku do wkładów przezroczysty, z podziałką (miarką ilości płynów), wytrzymały na uszkodzenia, zaopatrzone w uchwyt do mocowania, z poliwęglanu o pojemności z możliwością mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie, króciec ssący zintegrowany z kanistrem. Kanistry są w pełni kompatybilne z oferowanymi wkładami.  
**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kanistry były certyfikowane jako wyrób klasy I z funkcją pomiarową, co umożliwi prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez stosowania dodatkowych urządzeń, potwierdzone certyfikatem CE ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14, poz. 2-13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-13 z pakietu nr 14 i stworzy oddzielny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2, poz. 1-5**

Bardzo proszę o dopuszczenie kaniul o odmiennych parametrach niż te opisane w SIWZ. Opisanie tak dokładnych przepływów, średnic i długości kaniul, bez granicy tolerancji, spowoduje, że żadna inna firma (oprócz tej która posiada opisane parametry) nie złoży Państwu oferty i nie otrzymacie żadnych innych konkurencyjnych ofert. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

W związku z tym, iż obowiązująca Norma PN-EN ISO 10555-5 stanowi, że przepływ dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej poniżej 1,0 mm powinien wynosić od 80% do 125% wielkości podanej przez producenta, a dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej 1,0 mm lub większej, od 90% do 115% wielkości podanej przez producenta. Zamawiający nie może uznawać za nie spełniający wymogów produkt o parametrach zgodnych z normami przewidzianymi dla danego rodzaju wyrobu medycznego ani preferować wyłącznie kaniul o określonych, konkretnych rozmiarach i przepływach.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

**Pakiet 2, poz. 1-5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul o następujących rozmiarach i przepływach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90 105

20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2, poz. 1-5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul o następujących rozmiarach i przepływach:

Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
16 G	1,7 x 45	196
17 G	1,5 x 45	128
18 G	1,3 x 45	90
20 G	1,1 x 33	61
22 G	0,9 x 25	36

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2, poz. 6**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP. Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż podane w SIWZ parametry kaniul (materiał z którego kaniule są wykonane) odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce, tj. firmie Becton Dickinson i nie mają swojego odpowiednika o stricte takich samych parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w workiem osobno dołączonym do przyrządu, zapakowanym z workiem w jedno wspólne opakowanie nie sterylne? Nie ma takiej konieczności, aby worek był sterylne, gdyż i tak jest nakładany na niesterylną butelkę. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Pakiet 1 zawiera tylko poz. Nr 1

**Pakiet 1, poz. 7**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worka w kolorze żółtym. W przypadku odmowy dopuszczenia, proszę o uzasadnienie czemu kolor zielony jest bardziej odpowiedni niż żółty? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Pakiet 1 zawiera tylko poz. Nr 1

**Pakiet 1, poz. 7**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worka w rozmiarze 21 cm x 30 cm zamiast 21 cm x 31 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Pakiet 1 zawiera tylko poz. Nr 1

**Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuszcza także przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PVC? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Pakiet 1 zawiera tylko poz. Nr 1

**SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? **Odpowiedź:** TAK

**Pakiet 4, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 7**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz kompatybilność całego systemu, wymaga także wkładów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami wg. ISO 22196? Oferowane wkłady (które zarazem szpital obecnie używa) spełniają zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 5, poz. 18**

Czy Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 5, poz. 18** szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 5, poz. 18**

Czy Zamawiający wydzieli **z Pakietu nr 5 poz. 18** do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 12**

Czy Zamawiający **w Pakiecie nr 12 miał na myśli** próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru. Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 1, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8**

Czy Zamawiając wydzieli z pakietu 1 pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 8, tworząc pakiet np. 1a. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Pakiet 1 zawiera tylko poz. Nr 1

#### **Pakiet 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą jednorazowego użytku o wymiarach 280x165x45 mm i maksymalnej pojemności 900 ml. Zastosowanie minimalnie większej miski nie ma żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment o co najmniej równoważnych właściwościach. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie niedopuszczenia ww. miski prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Patrz SIWZ Rozdział I, pkt. 8g)

#### **Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 50 mm, reszta zgodna SIWZ? Zastosowanie minimalnie mniejszej elektrody nie ma żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment o co najmniej równoważnych właściwościach. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie niedopuszczenia ww. elektrody prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Patrz SIWZ Rozdział I, pkt. 8g)

#### **Pakiet 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki jednorazowego użytku wykonane z polipropylenu, reszta zgodna z SIWZ? Polipropylen jest szeroko stosowanym materiałem w produkcji kieliszków jednorazowych do podawania leków spełniającym wymogi bezpieczeństwa. Dopuszczenie powyższego pozwala zaproponować znacznie tańszy asortyment o co najmniej równoważnych właściwościach. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Patrz SIWZ Rozdział I, pkt. 8g)

#### **Pakiet 5, poz. 11**

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga rurek sigmoidoskopowych o numerze katalogowym E-003.18.825? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 5, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 8,0/11,0 w zwojach po 50 m? Różnica w średnicy drenu jest minimalna i nie ma żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment o co najmniej równoważnych właściwościach. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie

niedopuszczenie ww. pojemnika prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Patrz SIWZ Rozdział I, pkt. 8g)

#### **Pakiet 5, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną o standardowym kształcie, wyposażoną w miękką poduszkę zapewniającą anatomiczne dopasowanie do twarzy pacjenta i prawidłowe uszczelnienie. Wykonaną z polichlorku winylu, nie zawierającą lateksu. Wyrób medyczny klasy IIa, niesterylny zgodny z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG normami dotyczącymi biologicznej oceny wyrobów medycznych EN ISO 10993. Dostępna w sześciu rozmiarach, w tym w rozmiarach 5 (duży) oraz 4 (średni). Pakowana po 30 sztuk. Dopuszczenie powyższego pozwala zaproponować znacznie tańszy asortyment o co najmniej równoważnych właściwościach. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie niedopuszczenia ww. maski, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; Patrz SIWZ Rozdział I, pkt. 8g)

#### **SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? **Odpowiedź:** TAK

#### **Pakiet 1 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie barwnych oznaczników chirurgicznych silikonowych przekrój 2,5 mm x 1,0 mm x 46 cm, pakowanych a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. o wyłączenie pozycji z pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o większym przepływie tj. 42 ml/min. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o większym przepływie tj. 67 ml/min. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o większym przepływie tj. 103 ml/min. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o większym przepływie tj. 133 ml/min. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 16 G 1,8 x 45 mm, o większym przepływie tj. 236 ml/min. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 6:**

Czy Zamawiający oczekuje, by kaniule były widoczne w USG bez pasków RTG **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 7:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem pakowanym osobno, bez nazwy producenta znajdującej się bezpośrednio na przyrządzie. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 4 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta – myjka jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna. Wierzchnia strona myłki wykonana z miękkiej włókniny Molton, impregnowanej mydłem w postaci białoniebieskich pasków, spodnią warstwę stanowi włóknina typu Spunlance, Myjka jest obustronnie podfoliowana od wewnątrz co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość podczas mycia pacjenta. Jednorazowa rękawica do mycia ciała zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapobiega zakażeniom drobnoustrojami, mikroorganizmami, które mogą znaleźć się w zwykłej gąbce wielokrotnego użytku, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. Impregnowane mydłem, poziome, równoległe ułożone paski umożliwiają równomierne rozprowadzenie mydła. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu brzegi nie drażnią skóry pacjenta. Neutralne PH 5,5 gwarantuje:  
- dokładne umycie nawet trudnych do usunięcia zabrudzeń ze skóry pacjenta;

- pielęgnację wrażliwych okolic ciała;

Produkt myje oraz chroni najwrażliwszą skórę, zapewniając pełen komfort i bezpieczeństwo.

Wymiary : 16,5 cm x 23 cm (+/- 1 cm), 20 szt. w opakowaniu jednostkowym **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 4 poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymiociny umożliwiającego bezzapachową utylizację poprzez skręcenie w obrębie brzegów worka. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 11 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 11 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 11 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, dla dorosłych rozciągliwego - do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 11 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania dla rurek intubacyjnych w rozmiarach CH12/14/16 oraz rurek tracheostomijnych CH12/14/16 z możliwością stosowania do 72 godzin, dostępny w długościach 54cm dla rurek intubacyjnych oraz 34 cm dla rurek tracheostomijnych, kompatybilny z podwójnie obrotowym, uniwersalnym łącznikiem, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku w formie płynnej, posiadający samouszczelniającą się zastawkę po usunięciu cewnika z rurki intubacyjnej, w postaci modułowego systemu zamkniętego do odsysania dla rurek intubacyjnych oraz tracheostomijnych. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 11 poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 14 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 2,1 m. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 14 poz. 2,3 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika sterylizowanego tlenkiem etylenu, pakowanego folia-papier. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 17 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 sztuk.

**Pakiet Nr 17 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie rozwiązania w postaci jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W

zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet Nr 17 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, potwierzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 10, poz. 1-4**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-4 z pakietu 10 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy zamawiający ma na myśli elektrodę okrągłą o średnicy 55 mm z żelazem stałym? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 10**

Czy zamawiający oczekuje pojemnika typu wiaderko czy kartonik? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 10**

Czy zamawiający dopuści tubus 250 x 20 mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu nie zarejestrowanego jako wyrób medyczny? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 18**

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę do wymazów sterylną? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

**Pakiet 5, poz. 19**

Czy zamawiający dopuści maski z pompowanym mankietem wykonaną z nietoksycznego materiału PVC + PC, jednorazowego użytku, anatomiczne, lekkie, przezroczyste, antypoślizgowe, o kształcie dopasowanym do kształtu twarzy pacjenta, z miękkim mankietem, kodowane kolorystycznie w rozmiarach od 0 do 6? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 4, poz. 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 2 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 4, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści golarkę typu galant, posiadającą karbowany uchwyt, który zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru? Dodatkowo ostrze płynnie przesuwają się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w czystości, aby zapobiec zapychaniu się włosami. Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze względów higienicznych golarka przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny, wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm, waga: część plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g, ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt. (każda golarka zapakowana indywidualnie w osłonce kartonowej), w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2, poz. 1-6; 7-8**

Czy zamawiający podzieli pakiet 2 na dwa osobne pakiety – poz. 1-6 oraz 7-8 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w pakiecie? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2 poz. 8**

Czy zamawiający oczekuje koreczek zwykły do kaniul? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 2 poz. 8**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

**Pakiet 2 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści IS do leków światłoczułych ( bursztynowy) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, *długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego*

PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2 poz. 7**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 10, poz. 1-4**

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-4 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 10, poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści maski kraniowe jednorazowego użytku, z PVC, z drenem napełniającym połączonym z mankietem maski, rozmiar maski, waga pacjenta oraz maksymalna objętość napełnienia mankieta podana na rurce, sterylna, w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3;4;5 kodowanie **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych o przepływie 125 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych rozmiar 16G 1,8x45 mm o przepływie 180 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych bez portu wykonana z wysokiej jakości FEP w rozmiarze 24G o przepływie 23 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem o wymiarach 20x30 mm pakowanym osobno oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu by komora kroplowa była wolna od PCV? W razie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a '250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 48 opakowań? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

#### **Pakiet 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści myjki w formie rękawicy o wymiarach 20cm x 14 cm, nie zwężana w nadgarstku, o gramaturze 90g/m<sup>2</sup>, pakowane a' 10 szt. z przeliczeniem ilości, bez możliwości stosowania u noworodków, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową jednorazowego użytku o pojemności max 900 ml? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 1123 opakowania ? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

#### **Pakiet 5, poz. 4**

Czy Zamawiający oczekuje patyczków z wacikiem do wymazów z probówką transportową ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 5, poz. 11**

Czy Zamawiający tubusy sigmoidoskopowe jednorazowego użytku o wymiarach 20X250 mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 5, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści jałowy wąż do ssaka 10,0 x 7,0 x 2100mm ? Ponadto prosimy o określenie wielkości oczekiwanego opakowania, gdyż Zamawiający określił j.m. w „op”. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ; 1op = 1szt

**Pakiet 5, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do wymazów cytologicznych sterylne pakowane a '100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 11 opakowań? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

**Pakiet 5, poz. 19**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by maski anestetyczne były wolne od PCV? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, pakowane a'3 szt? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 17, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca: Skład zestawu: cewnik, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką luer lock 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką luer lock. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego. Niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbyciu pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji (białe oznaczenie) służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika Worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka) i zatyczką zabezpieczającą po odłączeniu worka Pojemność 1500ml (skalowany co 100ml) Niejałowy Bez lateksu Bez ftalanów Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5, poz. 17**

Czy w Pakiecie nr 5, poz. 17 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu o długości 2,1m, pozostałe parametry bez zmian ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14, poz. 2-14**

Czy w Pakiecie nr 14, poz. 2-14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników sterylnych, sterylizowanych tlenkiem etylenu, jak wszystkie pozostałe produkty w niniejszym postępowaniu, pozostałe parametry bez zmian ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14, poz. 24-36**

Czy w Pakiecie nr 14, poz. 24-36 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnik żołądkowy J.U. o standardowej gładkiej powierzchni, pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 4 otwory boczne bez otworu centralnego, atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, z linią RTG, wykonane z PCV o jakości medycznej i odpowiedniej twardości, odporne na załamania i skręcanie się. Długości jak w SIWZ, sterylne? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14, poz. 33**

Czy w Pakiecie nr 14, poz. 33 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnika żołądkowego w rozmiarze 1250mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 14, poz. 2-14**

Czy w Pakiecie nr 14, poz. 2-14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników FOLEY wykonanych z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- Wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Silikonowana powierzchnia pozwala na ich atraumatyczne wprowadzenie
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Lateksowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
- Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia
- możliwość utrzymania do 7 dni
- odpowiednio 2 i 3 – drożne w wymaganych rozmiarach ?



### **SIWZ. Projekt umowy**

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej? Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- a) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- c) przedmiotowym/ produkt zamienny
- d) sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- e) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22g w rozmiarach 0,8 x 25mm ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G w rozmiarach 1,0 x 32mm ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G w rozmiarach 1,2 x 45mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G w rozmiarach 1,4 x 45mm ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ:** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.