

ZADANIE 1: Nazwa urządzenia: **Panel sufitowy jednostanowiskowy poziomy** Opis urządzenia: **Poziomy panel montowany do sufitu umożliwiający zawieszanie aparatury medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.**

Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.)	VAT (%)	Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3)	Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4)	Ilość: 13 szt.
1	2	3	4	5	
WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE				TAK / OPISAĆ *	
Producent:					
Kraj pochodzenia:					
Model / Typ:					
Rok produkcji (min 2020 fabrycznie nowy nie powystawowy):					
Wyrób medyczny ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce (dołączyć do oferty)					
Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu.					
Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający wymagane wymiary panelu i wyposażeni1 (dołączyć do oferty)					
Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)					
Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim:					
Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu					
Okres gwarancji (min 24 mc) - punktowane					

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

Termin realizacji zamówienia (max do 42 dni) - punktowane	
Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego	
W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi:	
W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi):	
Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:	
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach):	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)	
Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach):	
Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):	
Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach):	
Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:	
Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2019 poz. 175; (wymienić):	
Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej):	

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

Lp.	Parametry graniczne	Wymagane	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
1.	2.	3.	4.
1	Jednostronny panel sufitowy tzw. most, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne.	Tak	
2	Długość panelu 1600mm na każde stanowisko. Możliwość ustalenia odległości dolnej krawędzi jednostki od podłogi w/g życzenia Zamawiającego.	Tak	
3	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.	Tak	
4	Zawiesia, stopy, systemy kotwiące modułowej podwieszanej systemowej jednostki medycznej dystrybuującej media gazowe i elektryczne wykonane z aluminium. Zawiesia o przekroju kwadratu.	Tak	
5	Doprowadzenie zasilania gazów medycznych dla całej jednostki poprzez jeden z pionowych profili – zawiesia mocowanego do stropu. Doprowadzenie mediów elektrycznych poprzez drugi z pionowych profili – zawiesia mocowanego do stropu. Zasilanie gazów	Tak	
6	Konstrukcja nośna mostu wykonana z dwóch stóp rozmieszczonych równomiernie na całej długości mostu.	Tak	
7	Konstrukcja panela sufitowego wykonana z 2 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał górny przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych.	Tak	
8	Kanał dolny z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w oświetlenie: -miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W włączane włącznikiem na panelu,	Tak	

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

9	Kanał środkowy powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi.	Tak	
10	Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376.	Tak	
11	Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: - Tlen – 1szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt.	Tak	
12	Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda.	Tak	
13	Kanał dolny rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V, instalacje niskoprądowe i systemu przyzywowego umieszczony pod kanałem z punktami poboru gazów medycznych.	Tak	
14	Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych.	Tak	
15	Kanał dolny z gniazdami elektrycznymi odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i teleinformatyczne na stanowisko w panelu: - gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały – 8szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 (przygotowanie otworu) – 2szt. - gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 4szt. - otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt.	Tak	

16	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu.	Tak	
17	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany.	Tak	
18	Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu.	Tak	
19	Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej.	Tak	
20	Panel wyposażony na jedno stanowisko w szynę medyczną o wymiarach przekroju poprzecznego 25mm x 10mm o długości min. 600mm zainstalowana na czołe panelu poniżej kanału gazów medycznych.	Tak	
21	Panele sufitowe - stanowiska sąsiadujące ze sobą powinny tworzyć jeden panel.	Tak	

Wypożyczenie dodatkowe (na jedno stanowisko)

22	Przesuwany na prowadnicach wózek obrotowy z hamulcem ciernym wyposażony w półkę z szufladą. Na wszystkich bokach półek zamontowane szyny DIN na drobny sprzęt. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Wymiary półki		
----	---	--	--

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe ($\geq$ lub $>$ lub $\leq$ lub $<$) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

ZADANIE 2: Nazwa urządzenia: **Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy pionowy.** Opis urządzenia: **Pionowy kaseton montowany do ściany umożliwiający zawieszanie aparatury medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.**

Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.)	VAT (%)	Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3)	Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4)	Ilość: 4 szt.
1	2	3	4	5	

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE				TAK / OPISAĆ *	
Producent:					
Kraj pochodzenia:					
Model / Typ:					
Rok produkcji (min 2020 fabrycznie nowy nie powystawowy):					
Wyrób medyczny ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce (dołączyć do oferty)					
Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu.					
Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający wymagane wymiary panelu i wyposażeni ¹ (dołączyć do oferty)					
Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)					
Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim:					
Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenę aparatu					
Okres gwarancji (min 24 mc) - punktowane					
Termin realizacji zamówienia (max do 42 dni) - punktowane					
Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego					
W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi:					

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi):			
Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:			
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach):			
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)			
Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach):			
Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):			
Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach):			
Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:			
Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2019 poz. 175; (wymienić):			
Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej):			
Lp.	Parametry graniczne	Wymagane	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
1.	2.	3.	4.

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

1	Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne.	Tak	
2	Wysokość panelu 1600mm. Możliwość ustalenia odległości dolnej krawędzi jednostki od podłogi w/g życzenia Zamawiającego.	Tak	
3	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.	Tak	
4	Konstrukcja panela wykonana z 2 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których jeden kanał przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, drugi kanał przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych. Każdy z kanałów odchylony o kąt 30 stopni w stosunku do ściany.	Tak	
5	Kanał z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w oświetlenie: -miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W włączane włącznikiem na panelu, -nocne o mocy 1 x 5W LED włączane włącznikiem na panelu,	Tak	
6	Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376.	Tak	
7	Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: - Tlen– 1szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt.	Tak	
8	Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda.	Tak	

9	Kanał z gniazdami elektrycznymi, wyposażony w gniazda elektryczne i teleinformatyczne na stanowisko w panelu: - gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały – 4szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 (przygotowanie otworu) – 2szt. - gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 2szt. - otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt.	Tak	
10	Kanał elektryczny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych.	Tak	
11	Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu	Tak	
12	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany	Tak	
13	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany.	Tak	
14	Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu.	Tak	
15	Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej	Tak	
16	Panel wyposażony w zintegrowany drążek medyczny o średnicy 25mm o długości stanowiska zainstalowany po lewej lub prawej stronie stanowiska (do uzgodnienia z Zamawiającym) służący do mocowania półek, szyn medycznych, uchwytów kroplówek.	Tak	

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe ($\geq$ lub $>$ lub $\leq$ lub $<$) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

ZADANIE 3: Nazwa urządzenia: **Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy poziomy.** Opis urządzenia: **Poziomy panel montowany do ściany umożliwiający zawieszanie aparatury medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.**

Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.)	VAT (%)	Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3)	Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4)	Ilość: 110 szt.
1	2	3	4	5	
WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE				TAK / OPISAĆ *	
Producent:					
Kraj pochodzenia:					
Model / Typ:					
Rok produkcji (min 2020 fabrycznie nowy nie powystawowy):					
Wyrób medyczny ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce (dołączyć do oferty)					
Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu.					
Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający wymagane wymiary panelu i wyposażeni1 (dołączyć do oferty)					
Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)					
Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim:					
Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu					

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

Okres gwarancji (min 24 mc) - punktowane	
Termin realizacji zamówienia (max do 42 dni) - punktowane	
Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego	
W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi:	
W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi):	
Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:	
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach):	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)	
Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach):	
Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):	
Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach):	
Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:	
Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2019 poz. 175; (wymienić):	

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej):

Lp.	Parametry graniczne	Wymagane	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
1.	2.	3.	4.
1	Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne.	Tak	
2	Długość panelu 1600mm na każde stanowisko.	Tak	
3	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.	Tak	
4	Konstrukcja panela wykonana z 2 równoległe połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał górny przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych.	Tak	
5	Kanał dolny z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w oświetlenie: -miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W włączane włącznikiem na panelu, -nocne o mocy 1 x 5W LED włączane włącznikiem na panelu,	Tak	
6	Kanał górny powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi.	Tak	
7	Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376.	Tak	

numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020

8	Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: - Tlen– 1szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt.	Tak	
9	Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda.	Tak	
10	Kanał dolny z gniazdami elektrycznymi odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i teleinformatyczne na stanowisko w panelu: - gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały– 4szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 (przygotowanie otworu) – 2szt. - gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 2szt. - otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt.	Tak	
11	Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych.	Tak	
12	Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu	Tak	
13	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany	Tak	
14	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany.	Tak	

15	Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu.	Tak	
16	Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej	Tak	
17	Panel wyposażony na jedno stanowisko w szynę medyczną o wymiarach przekroju poprzecznego 25mm x 10mm o długości min. 600mm zainstalowana na czole panelu poniżej kanału gazów medycznych.		
18	Panele, stanowiska sąsiadujące ze sobą powinny tworzyć jeden panel	Tak	

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe ($\geq$ lub $>$ lub $\leq$ lub $<$) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.