

<b>Data aktualizacji: 19.02.2020 r. g. 14.00</b>	<b>Numer postępowania: ZP/PN/03/2/2020</b>	<b>Art. 38 Ustawa PZP</b>
<p>Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 512596-N-2020 z dnia 13.02.2020 r. <i>Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, które będzie obejmowało modernizację i rozbudowę budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74 oraz zakup sprzętu i wyposażenia, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.)</i> <b>Odpowiedzi na wniesione zapytania</b></p>		

Prosimy o informacje czy poziomy panel ( zadanie 1 ) montowany do sufitu umożliwiający zawieszanie aparatury medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne ma być łączony ze sobą w tak zwany most wielostanowiskowy w przypadku kiedy sala jest np. 4 stanowiskowa a łóżka chorych są obok siebie? **Odpowiedź:** Stanowiska sąsiadujące mają tworzyć jeden panel

Prosimy Zamawiającego o informację jakie są stropy i z czego wykonane w miejscach gdzie mają być zainstalowane jednostki medyczne . **Odpowiedź:** Stropy filigrany, żelbet

Ze względu na fakt, że usługa dostawy urządzeń medycznych ma być wraz z montażem prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji i udostępnienie projektu technologii medycznej miejsc w których mają być zainstalowane jednostki medyczne. **Odpowiedź:** Link do dokumentacji w wiadomości email

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektu technologii medycznej w którym jest opisane wyposażenie jednostek medycznych wraz z ich miejscem montażu i użytkowania. **Odpowiedź:** Link do dokumentacji w wiadomości email

Czy Zamawiający dopuści Panel z kanałem dolnym z gniazdami elektrycznymi, prostopadłymi do podłogi. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

<p><b>Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ:</b> W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.</p>
---