

Data aktualizacji: 22.04.2015 r. g. 13.50	Znak sprawy: ZOZ/ZP/PN/DOS/11/4/2015	Art. 38 Ustawa PZP
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 53493-2015 z dnia 16.04.2015 r. zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych sprzętu medycznego. Odpowiedzi na wniesione zapytania		

Załącznik nr 2.4. Pakiet 16, poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji poz. 1, 2, 3. Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem na terenie RP wyżej wymienionego sprzętu, wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty pomijającej dodatkowe koszty (w tym marże pośredników) **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie nowego pakietu

SIWZ. Projekt umowy

Prosimy o dodanie do par. 3 wzoru umowy niniejszego zastrzeżenia: „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Projekt umowy

Dotyczy par. 7 ust. 1.b). Prosimy o zmianę par. 7 ust. 1.b) na: „za niedochowanie terminów określonych w par. 4 pkt. 1 niniejszej umowy, *Zamawiający* może domagać się od *Dostawcy* zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy lub jej części za każdy dzień zwłoki” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Projekt umowy

Dotyczy par. 11 ust. 3. Wnosimy o dopisanie do par. 11 ust. 3 wzoru umowy zapisu: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c.” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dotyczy załącznika nr 2.3.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub zastąpienie tego wymogu wymogiem podania siedziby w przypadku podmiotów lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę

Pakiet 5, Poz.8, 9:

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnego czujnika. **Odpowiedź:** Brak danych

Pakiet 9, Poz.1, 2:

Prosimy o podanie czy przewód ma być z wyjściem na DB9 czy Oxysnap? **Odpowiedź:** DB9

Pakiet 14, Poz.1, 4, 7, 10, 13, 16:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli rozwiązanie kompletne czy rozłączne. Prosimy o podanie oczekiwanej ilości odprowadzeń. **Odpowiedź:** Kompletne. Ilość odprowadzeń 5

Pakiet 14, Poz.2, 5, 8, 11, 14, 17:

Czy Zamawiający ma na myśli połączenie bezpośrednie? **Odpowiedź:** TAK

Pakiet 14, Poz.3, 6, 9, 12, 15, 18:

Czy Zamawiający ma na myśli mankiet dla dorosłych? **Odpowiedź:** TAK; Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 25-35 lub 27-35 cm? **Odpowiedź:** Dopuszczamy; Czy Zamawiający ma na myśli mankiet w komplecie z przewodem NIBP do monitora? **Odpowiedź:** TAK

Pakiet 16, Poz.1, 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli rozwiązanie kompletne czy rozłączne. Prosimy o podanie oczekiwanej ilości odprowadzeń. **Odpowiedź:** Kompletne. Ilość odprowadzeń 5

Pakiet 16, Poz. 2, 5:

Czy Zamawiający ma na myśli czujniki z połączeniem bezpośrednim? **Odpowiedź:** TAK; W jakiej technologii mają pracować czujniki: Nellcor, Nellcor Oximax czy Masimo? **Odpowiedź:** NELLCOR

Pakiet 16, Poz. 3, 6:

Czy Zamawiający ma na myśli mankiet dla dorosłych? **Odpowiedź:** TAK; Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 25-35 lub 27-35 cm? **Odpowiedź:** Dopuszczamy; Czy Zamawiający ma na myśli mankiet w komplecie z przewodem NIBP do monitora? **Odpowiedź:** TAK

Pakiet 19, Poz. 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli rozwiązanie kompletne czy rozłączne. Prosimy o podanie oczekiwanej ilości odprowadzeń. **Odpowiedź:** Kompletne. Ilość odprowadzeń 5

Pakiet 19, Poz. 2:

Czy Zamawiający ma na myśli czujniki z połączeniem bezpośrednim? **Odpowiedź:** TAK; W jakiej technologii mają pracować czujniki: Nellcor, ~~Nellcor Oximax~~ czy ~~Masimo~~? **Odpowiedź:** NELLCOR

Pakiet 19, Poz. 3:

Czy Zamawiający ma na myśli mankiet dla dorosłych? **Odpowiedź:** TAK; Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 25-35 lub 27-35 cm? **Odpowiedź:** Dopuszczamy; Czy Zamawiający ma na myśli mankiet w komplecie z przewodem NIBP do monitora? **Odpowiedź:** TAK

Pakiet 15, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, o jaki rodzaj miecha oddechowego chodzi w pozycji nr 1, dla aparatu Titus. Aparat ten nie posiada wbudowanego respiratora, stąd też istotna jest informacja, który model respiratora został tutaj zastosowany Ventilog czy Alphavent? **Uzasadnienie:** wnioskowana informacja pozwoli na zaoferowanie odpowiedniego produktu. **Odpowiedź:** W celu doprecyzowania informacji, Zamawiający podaje model aparatu: TITUS nr fabr. ARLN 0026 rok prod. 1998

Pakiet 5, Poz. 1-9

Czy Zamawiający może podać producentów i/lub numery katalogowe (REF) czujników tlenu używanych do tej pory w wymienionych urządzeniach? **Odpowiedź:** Brak danych

Pakiet 7

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1-2 i 9-10 lub podzieli pakiet na 5 części odnoszących się do 5 modeli kardiogramów? **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie nowego pakietu

Pakiet 9

Czy Zamawiający ma na myśli czujniki SpO2 do podanych urządzeń, czy też przewody łączące do czujników SpO2? **Odpowiedź:** Czujniki SpO2 do podanych urządzeń

Pakiet 15, Poz. 2 i 5

Czy Zamawiający może określić technologię używanych czujników SpO2 dla poz. 2 : Nellcor, Nellcor Oximax lub Masimo , dla poz. 5: Nellcor , ~~Nellcor Oximax~~ , ~~Masimo~~ lub ~~Novamatrix~~? **Odpowiedź:** NELLCOR

Pakiet 18

Czy Zamawiający może podać producenta i/lub numer katalogowy (REF) czujnika tlenu używanego do tej pory w wymienionym urządzeniu? **Odpowiedź:** Brak danych

Pakiet 19, Poz. 2

Czy Zamawiający może podać numer katalogowy (REF) czujnika SpO2 używanego do tej pory w podanym kardiomonitorze? **Odpowiedź:** Brak danych